

УТВЪРЖДАВАМ:.....
ЕВГЕНИ ЛЮБЕНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА МБАЛ „ХРИСТО БОТЕВ“ АД
Дата: 26.09.2018 г.

ДО
ЕВГЕНИ ЛЮБЕНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА МБАЛ „ХРИСТО БОТЕВ“ АД

ДОКЛАД
на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Настоящия доклад се изготви от комисия назначена със Заповед № 99/16.08.2018 г. на изпълнителния директор на МБАЛ „Христо Ботев“ АД. Комисията е назначена да извърши подбор на участниците, разгледа, оцени и класира подадените оферти по обществена поръчка с предмет: *„Доставка, монтаж, тестови изпитвания, пускане в експлоатация и обучение на служители на Ангиографски апарат за нуждите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД“*. Обществената поръчка е открита с Решение № 1061/10.07.2018 г. на възложителя.

I. Състав на комисията:

Председател:

Шенай Еминова – главен юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Министерство на здравеопазването;

Членове:

д-р Ирена Мраморенска – началник Отделение по кардиология в „МБАЛ-Христо Ботев“ АД – гр. Враца;

Даниела Генова – главна медицинска сестра в „МБАЛ - Христо Ботев“ АД – гр. Враца;

инж. Георги Николов Славков – УМБАЛ „Света Екатерина“ АД;

Десислава Ивайлова Здравкова – експерт труд и работна заплата в „МБАЛ-Христо Ботев“ АД

Резервен председател:

Таня Иванова Пешковска – директор направление ФИД в „МБАЛ-Христо Ботев“ АД.

Резервен член:

Мирослав Митев – началник направление Организатор стопански дейности в „МБАЛ – Христо Ботев“ АД.

II. Задачи на комисията.

Комисията е назначена със Заповед № 99/16.08.2018 г., да извърши подбор на участниците, разгледа, оцени и класира подадените оферти по обществена поръчка с предмет: *„Доставка, монтаж, тестови изпитвания, пускане в експлоатация и обучение на служители на Ангиографски апарат за нуждите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД“*, като извърши подбор на участниците, разгледа, оцени и класира подадените оферти. За работа на комисията е определен срок от 30 работни дни, които изтичат на 28.09.2018 г., включително. Всички документи, свързани с обществената поръчка, включително и представеното предложение се

съхраняват в сградата на МБАЛ „Христо Ботев“ АД, ул. „Втори юни“ № 66 до приключване работата на комисията.

III. Описание на работния процес, участници в процедурата и действията на комисията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на постъпилите предложения.

1. В изпълнение на възложените задачи, комисията проведе публично заседание на 16.08.2018 г. в състав:

Председател:

Шенай Еминова – главен юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Министерство на здравеопазването;

Членове:

д-р Ирена Мраморенска – началник Отделение по кардиология в „МБАЛ-Христо Ботев“ АД – гр. Враца;

Даниела Генова – главна медицинска сестра в „МБАЛ - Христо Ботев“ АД – гр. Враца;

инж. Георги Николов Славков – УМБАЛ „Света Екатерина“ АД;

Десислава Ивайлова Здравкова – експерт труд и работна заплата в „МБАЛ-Христо Ботев“ АД

Преди началото на заседанието и след получаване на списъка с участниците в обществената поръчка, председателят и всички присъстващи членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 51, ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Преди отваряне на опаковките, съдържащи предложенията на участниците, комисията се запозна с утвърдената от възложителя документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Констатирано бе, че в определения срок е постъпило 1 (едно) предложение, както следва:

1. Предложение с вх. № 1/15.08.2018 г., подадено в 10:14 часа от фирма „С&Т България“ ЕООД.

Предложението е подадено в запечатана, надписана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Предложения, постъпили след крайния срок няма.

На основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, при публичните действия на комисията, присъстваха следните представители на участниците.

1. Анна Салапатийска – упълномощен представител на „С&Т България“ ЕООД.

На публичната част на заседанието на комисията не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

След идентификация на присъстващите представители, комисията отвори предложението на участника, съдържащо се в запечатаната, непрозрачна опаковка, оповести неговото съдържание и извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима членове на комисията, подписаха съдържащите се в предложението на участника, техническо предложение, както и отделният запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Поради липсата на други участници в процедурата, комисията не приложи разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП – да предложи на присъстващ представител на друг участник да подпише техническото предложение, както и отделният запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

С извършване на горните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Председателят на комисията обяви, че всички документи свързани с обществената поръчка, включително и представените предложения за участие, ще се съхраняват в сградата на МБАЛ „Христо Ботев“ АД, ул. „Втори юни“ № 66.

Председателят на комисията изготви график за работата на комисията, съгласно изискването на чл. 51, ал. 4, т. 1, предложение второ от ППЗОП.

2. В изпълнение на възложените задачи, комисията проведе закрито заседание в редовния ѝ състав, по график определен от председателят на комисията на 16.08.2018 г.

Комисията установи, че участникът е представил един брой ЕЕДОП в електронен вид попълнен през системата за еЕЕДОП, в PDF формат, цифрово подписан от представляващите дружеството с електронен подпис и попълнен съгласно изискванията на ЗОП и Възложителя посочени в Документацията за участие и приложен на оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата.

При подробно разглеждане на посочената в ЕЕДОП информация за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, Комисията констатира, че участникът отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя и същият следва да бъде допуснат до етап разглеждане на техническо предложение и приложените към него документи.

3. Закрито заседание проведено на 16.08.2018 г. от комисията в редовния ѝ състав за извършване на действията по чл. 56, ал. 2 от ППЗОП.

На проведеното на 16.08.2018 г. закрито заседание на комисията в редовния ѝ състав, беше извършена проверка на предложенията за изпълнение на участниците и съответствието им с предварително обявените условия:

Предложение на участника „С&Т България“ ЕООД.

Участникът е предложил, следната апаратура: Ангиографска система Philips, модел D.S.Allura Xper FD20 R8.1 F с кат. № 889026.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията провери техническото предложение на участника и провери за неговото съответствие с предварително обявените условия и констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи и информация, с които доказва съответствието на предлаганата апаратура с предварително обявените условия.

Предвид установеното по горе, комисията допуска същия до оценка на техническото предложение, при предварително обявените условия.

Съгласно предварително обявеният критерий за оценка на офертите: „Икономически най-изгодната оферта“, въз основа на критерий „оптимално съотношение качество/цена“, при следните показатели за комплексна оценка и тяхната относителна тежест:

3.1. К1-Критерий Технически и Функционални Предимства:

- Показател „К1.1. Зона за гъвкаво разполагане на мониторите в процедурното помещение в кв.м.“. Участникът предложил най-високи стойности получава 10 точки. Предложението на участника за „Зона за гъвкаво разполагане на мониторите в процедурното помещение в кв.м.“ е 10.8 кв.м. Предвид обстоятелството, че в процедурата няма постъпили други предложения, участникът получава 10 точки по този показател.

- Показател „К1.2. Възможност за надграждане с програма за измерване и анализ на дясна камера“ в съответствие с посочената методика предложението на участника получава максималният брой точки – 10 точки. Мотивите на комисията са следните: съгласно посоченото в техническото предложение на участника, предложената за изпълнение на поръчката апаратура позволява надграждане с програма за измерване и анализ на дясна камера.

- Показател „К1.3. Брой магнификационни полета на детектора“. Участникът предложил най-голям брой магнификационни полета на детектора получава 10 точки. Видно

от техническата оферта на участника, предложената за изпълнение на поръчката апаратура има 8 (осем) броя магнизикационни полета на детектора. Предвид обстоятелството, че в процедурата няма постъпили други предложения, участникът получава 10 точки по този показател.

Съгласно методиката за оценка, след изчисляване на всеки от показателите се изчислява комплексната оценка за К1-Критерий Технически и Функционални Предимства. Същата се изчислява по следната формула $K1 = K1.1 + K1.2 + K1.3$.

Максимален брой точки, които може да получи едно предложение за К1 са 30 т. В съответствие с получените оценки по всеки показател, отразени подробно по-горе, комисията изчисли комплексната оценка, прилагайки предварително утвърдената формула за изчисляване на комплексната оценка за К1, както следва: $K1 = 10 т.(K1.1) + 10 т. (K1.2) + 10 т. (K1.3) = 30 т.$

Техническото предложение на участника „С&Т България“ ЕООД получава максималният брой от 30 точки за К1-Критерий Технически и Функционални Предимства.

С извършване на горните действия работата на комисията приключи на 16.08.2018 г.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията обяви чрез съобщение в Профила на купувача, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници ще се проведе на 03.09.2018 г. (понеделник) от 12:00 часа в сградата на МБАЛ „Христо Ботев“ АД.

Съобщението за отваряне на ценовите предложения беше публикувано на 29.08.2018 г. в раздел „Профил на купувача“ на официалния сайт на МБАЛ „Христо Ботев“ АД на следният адрес:

http://www.mbalvratsa.org/pic/syobshtenie_za_otvarqne_na_cenovi_predlojeniq.pdf

4. Публично заседание за отваряне на ценови предложения

На 03.09.2018 г. (понеделник) от 12:00 часа се проведе открито заседание на комисия назначена със Заповед № 99/16.08.2018 г. на изпълнителния директор на МБАЛ „Христо Ботев“ АД. Комисията е назначена да извърши подбор на участниците, разгледа, оцени и класира подадените оферти по обществена поръчка с предмет: *„Доставка, монтаж, тестови изпитвания, пускане в експлоатация и обучение на служители на Ангиографски апарат за нуждите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД“.*

Състав на комисията, участвал на публичното заседание:

Председател:

Шенай Еминова – главен юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Министерство на здравеопазването;

Членове:

Мирослав Митев – началник направление Организатор стопански дейности в „МБАЛ – Христо Ботев“ АД;

Даниела Генова – главна медицинска сестра в „МБАЛ - Христо Ботев“ АД – гр. Враца;

инж. Георги Николов Славков – УМБАЛ „Света Екатерина“ АД;

Десислава Ивайлова Здравкова – експерт труд и работна заплата в „МБАЛ-Христо Ботев“ АД

Поради ползване на платен годишен отпуск на редовният член д-р Ирена Мраморенска – началник Отделение по кардиология в „МБАЛ-Христо Ботев“ АД –гр. Враца, същият беше заместен на проведеното публично заседание от Мирослав Митев – началник направление Организатор стопански дейности в „МБАЛ – Христо Ботев“ АД. Преди началото на заседанието и след получаване на списъка с участниците в обществената поръчка, Мирослав Митев, подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП.

На публичната част на заседанието на комисията, на основание чл. 57, ал. 3, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, присъстваха представители на участника, както и на средствата за масово осведомяване:

1. Моника Пенева – представител на ТВ Враца;
2. Ивайло Нелов – представител на ТВ Враца;
3. Ани Самардачийска – представител на вестник „Враца Днес“;
4. Анна Салапатийска – упълномощен представител на „С&Т България“ ЕООД.

Преди да се отвори ценовото предложение на участника, председателят на комисията обяви резултата от оценка на офертата по показатели К1.1, К1.2 и К1.3.

Комисията продължи своята работа с отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, в който се съдържа ценовото предложение на участника и председателят на комисията го оповести.

Предложената от участника цена е следната:

1. Участникът „С&Т България“ ЕООД.

№	Вид на апаратурата Ангиографски апарат - търговско наименование, модел /каталожен номер / сериен номер	Марка	Количество	Единична стойност в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
1.	Ангиографска система Philips, модел D.S.Allura Xper FD20 R8.1 F с кат. № 889026.	Br.	1	600 000,00	600 000,00
<i>Обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС</i>					600 000,00
<i>ДДС</i>					120 000,00
<i>Обща цена за изпълнение на поръчката с ДДС</i>					720 000,00

След извършване на горните действия председателят на комисията закри публичната част на заседанието и комисията продължи своята работа при закрити врати.

5. В изпълнение на възложените задачи, комисията проведе закрито заседание, по график определен от председателят на комисията на 03.09.2018 г.

Комисията извърши проверка на предложената цена за съответствие с посочените от Възложителя условия и установи, че предлаганата от участника цена за апаратурата, не надвишава максималният праг определен от възложителя. С оглед на горното участникът се допуска до оценка на ценовото предложение и до класиране.

Оценка по показател К2 „Цена“ с максимален брой точки 70 – участникът, който предложи най-ниска цена получава 70 точки.

Предвид обстоятелството, че в процедурата няма постъпили други предложения, цената на „С&Т България“ ЕООД се явява най-ниска и участникът получава 70 точки по този показател.

Комплексната оценка на „С&Т България“ ЕООД:

$$КО = К1 + К2 = 30 + 70 = 100 \text{ точки}$$

6. Комисията проведе закрито заседание на 03.09.2018 г. за класиране на участниците:

Комисията класира „С&Т България“ ЕООД на I-во място в съответствие с предварително обявения от възложителя критерий за „икономически най-изгодната оферта“, при следния критерий за възлагане: „оптимално съотношение качество/цена“.

IV. В резултат на извършеното класиране, комисията предлага на възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка класираният на първо място участник.

V. „Предложения за отстраняване. Мотиви за допускане или отстраняване на участниците“ на настоящия доклад.

1. Предложения за отстраняване на участниците и мотиви за тяхното отстраняване.

Комисията няма предложения за отстраняване на участници.

2. Мотиви за допускане на участниците.

Комисията допуска до класиране участника „С&Т България“ ЕООД, тъй като предложението му отговаря на предварително обявените от възложителя условия.

Участникът е представил документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП. В техническото предложение на участника, се съдържат всички документи посочени в обявените от възложителя условия. Комисията допуска участника до отваряне на ценовото му предложение. Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя и ЗОП.

3. Предложение за прекратяване на процедурата.


Комисията няма предложения за прекратяване на процедурата.

С извършването на горните действия, работата на комисията приключи на 03.09.2018 г.

Неразделна част от настоящия доклад е Протокола, който е изготвен в хода на работата на комисията, и в който е описана подробно работата на комисията по извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите, както и цялата необходима документация за вземане на решение от възложителя.


Настоящият доклад се състави и подписа на 03.09.2018 г.


Председател:


Шенай Еминова – главен юристконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Министерство на здравеопазването 

Членове:

д-р Ирена Мраморенска – началник Отделение по кардиология в „МБАЛ-Христо Ботев“ АД – гр. Враца 

Даниела Генова – главна медицинска сестра в „МБАЛ - Христо Ботев“ АД – гр. Враца 

инж. Георги Николов Славков – УМБАЛ „Света Екатерина“ АД 

Десислава Ивайлова Здравкова – експерт труд и работна заплата в „МБАЛ-Христо Ботев“ АД 

Мирослав Митев – началник направление Организатор стопански дейности в „МБАЛ – Христо Ботев“ АД, резервен член участвал на публичните действия на комисията на открито заседание проведено на 03.09.2018 г. 